

التاريخ: 2018/6/25

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل  
جامعة بوليتكنك فلسطين  
لجنة العطاءات المركزية

### كراسة الشروط والمواصفات الفنية

لتوريد (أجهزة كهربائية للمركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية)

عطاء رقم: PK-Biotech 2/2018

ضمن مشروع (المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية)

بتمويل من (الوكالة الكورية للتعاون الدولي)

ثمن الكراسة بمبلغ (50 دولاراً)

(خمسين دولاراً أمريكياً)

مع أطيب أمنيات

رئيس دائرة المشتريات

الأستاذ محمد رياض أبوزينة

ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

[riyad@ppu.edu](mailto:riyad@ppu.edu)



المحتويات :

- 1 اسم العطاء
- 2 الفهرس
- 3 الإعلان
- 4 ملاحظات عامة
- 5 تعهد والالتزام
- 6 تعليمات للمشاركين.
- 7 جدول المواصفات والكميات والأسعار.
- 8 معلومات عن المورد



## إعلان عن

### توريد (أجهزة كهربائية)

### لمشروع المركز الفلسطيني الكوري

### لأبحاث التكنولوجيا الحيوية

- تعلم رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء (توريد أجهزة كهربائية) ، ضمن مشروع (المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية)، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء:
1. تنزيل الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة ([www.ppu.edu](http://www.ppu.edu)) أو الحصول عليها من دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ (50 دولار أمريكي) (خمسون دولاراً أمريكياً) غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني.
  2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية او نقدا بقيمة 5% من إجمالي قيمة العرض وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
  3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالتطرف المختوم حتى الساعة ( العاشرة صباحاً) من يوم (الخميس) الموافق (2018/7/19) لدائرة المشتريات المركزية – رابطة الجامعيين، مع وصل ايداع ثمن الكراسة.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع أ. أسماء التميمي هاتف 0599046008 أثناء الدوام الرسمي (08 صباحاً – 02 ظهراً)

رئيس دائرة المشتريات المركزية  
الأستاذ: محمد رياض سعدي ابوزينة

## الملاحظات العامة

### عطاء عن

### توريد (أجهزة كهربائية)

### لمشروع المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية

#### يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في (توريد الأجهزة الكهربائية) ولديها خبرة كافية وطاقم فني متخصص وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث يجب على المتقدم أن يزودنا بفاتورة صفرية.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.
4. يجب تقديم العرض وكافة الوثائق الفنية الإضافية في نفس الظرف المغلق والمختوم ويجب تقديمها على شكل نسختين محررتين إلكترونياً (وليست بخط اليد)، واحدة ورقية والثانية إلكترونية.
5. يلتزم المورد بتوصيل وتركيب وتشغيل الأجهزة المطلوبة (لمبنى المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية- جامع بوليتكنك فلسطين/واد الهرية - الخليل).
6. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
7. يكون السعر بالدولار الأمريكي ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
8. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
9. يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
10. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.

## تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم بالأسعار المقدمة من قبلي لمدة (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد، كما أتعهد بتوصيل وتركيب وتشغيل الأجهزة المطلوبة ل (المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية)، وتقديم التدريب المناسب عليها.

وبناء على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة:

رقم المشغل المرخص:

العنوان:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

التوقيع والخاتم

## تعليمات للمشاركين بالعبء

حضرات السادة : شركة \_\_\_\_\_ المحترمين

تعليمات للمشاركين بتوريد أجهزة مشروع (المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية) للمشاركة في العبء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءاً لا يتجزأ وتقران معاً.
2. على المناقص دراسة كراسة العبء دراسة وافية والالتزام بها.
3. يجب على صاحب العبء التوقيع على وثائق العبء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العبء.
4. يعتبر السعر المقدم من المناقص شاملاً الرسوم ومصاريف النقل والتركيب والتشغيل؛ /في حال الصفر الضريبي تضاف الجملة التالية/ (عدا ضريبة القيمة المضافة حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافة).
5. بالإضافة إلى تقييم المواصفات الفنية الأساسية سيدخل في عملية التقييم الفني للبنود: عدد سنوات الضمان المقدمة على الجهاز، وخدمات الشركة بعد البيع.
6. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العبءات المركزية.
7. يجب على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابة -باللغة الإنجليزية- بالدولار الأمريكي على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
8. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح العبء على الأقل.
9. على كل مناقص أن يرفق بالعبء -لصالح رابطة الجامعيين- تأميناً للدخول في العبء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات.
10. في حالة تأخير المناقص عن إنهاء الأعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعبء وقيده إيراداً للرابطة.
11. لاحقاً لبند رقم (9) تقوم لجنة العبءات المركزية بتنفيذ العبء مباشرة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.

12. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
13. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. **ويجب تفرغ المواصفات الفنية لكل جهاز على الجدول في الحقل المخصص لذلك ويحق للجنة استبعاد أي بند غير محدد المواصفات على الجدول، وذلك ليتسنى مطابقة المواصفات المطلوبة مع المعروضة، ويجوز للمناقص التقدم بأكثر من خيار للبند الواحد.** وإذا رغبت المناقص تقديم ملاحظات إضافية عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.
14. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بالدولار الأمريكي خلال فترته شهر من تقرير استلام اللجنة الفنية وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
15. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.
16. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
17. على كل مناقص بيان مدة الكفالة على الأجهزة الموردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة بها.
18. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكماً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
19. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
20. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
21. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
22. يعتبر العرض المقدم من المناقص ملزماً له.

23. يجب على من يرسو عليه العطاء وخلال عشرة أيام من تاريخ الترسية تسليم شيك بنكي/ كفاله بنكية (كفالة حسن تنفيذ) بقيمة 5% من إجمالي قيمة الترسية، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة (28) ثمانية وعشرون يوماً بعد تسليم وتركيب الأجهزة.
24. تمنح الشركة المحال عليها مدة (90 يوماً) - تسعون يوماً لتوريد الأجهزة المطلوبة وذلك ابتداءً من تاريخ الترسية. على أن يتم التوريد الى جامعه بوليتكنك فلسطين- مبنى المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية- الخليل. وفي حال تطلب البند فحصاً أمنياً يعيق التسليم خلال الفترة المتاحة يجب على الشركة تقديم كتاب خطي رسمي لتبرير التأخير المتوقع.
25. تلتزم الشركة عن طريق طواقمها بتوصيل الأجهزة إلى داخل المبنى ويشمل ذلك إفراغ حمولة سيارات التوصيل ونقل الأجهزة إلى المختبرات المخصصة لها وإن تطلب ذلك استخدام رافعات أو معدات أخرى.
26. بالإضافة إلى الكفالة الخاصة لكل جهاز، يجب على الشركة المحال عليها تسليم كفالة بنكية (كفالة صيانة) بقيمة 3% من إجمالي الترسية، على أن تكون الكفالة سارية لمدة ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ تركيب الأجهزة.
27. يضمن المورد أن الأجهزة الموردة هي أجهزة جديدة وغير مستعملة ولا أعطال ناجمة عن التصميم أو التصنيع أو النقل.





مواصفات وأسعار توريد (أجهزة ومعدات مخبرية)  
لمشروع المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية:



No	Item	Request Specifications	Offer Specifications	Quantity	Unit. Price \$US	Total Price \$US
1	Freezers-20C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Up right door</li> <li>Capacity ~ 500L</li> <li>Temperature range (°C) (-20 ~ -30)</li> <li>Audible/visual alarms: for over temperature, under temperature, or power failure</li> <li>Temperature display, temperature recorder</li> <li>Direct cooling system and manual defrost.</li> <li>Must include GSM module alarm</li> <li>&gt;3 years guarantee is preferred.</li> </ul>		4		
2	Refrigerator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Up right door</li> <li>Capacity ~ 500L</li> <li>Temperature range (°C) (0 ~ 4).</li> <li>Audible/visual alarms: for over temperature, under temperature, or power failure</li> <li>Temperature display, temperature recorder</li> <li>Direct cooling system and manual defrost freezer.</li> <li>&gt;3 years guarantee is preferred.</li> </ul>		4		



3	Microwave Oven	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power Consumption: 1300W approx.</li> <li>• Microwave Power: 700W - 850W</li> <li>• Oven Capacity: 20 litre - 25 litre</li> <li>• Soft/one touch control</li> <li>• Exterior Dimensions: 520mm(W) x 360mm(H) x 450mm(D) approx.</li> <li>• Safety: The equipment shall be bonded to earth effectively in accordance with the I.E.E. Wiring Regulations. Sufficient Safety Interlocks to prevent leakage of microwave.</li> <li>• Supplied with a glass/ceramic tray.</li> <li>• At least 1 year guarantee</li> </ul>		3		
4	Laboratory UPS System	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At least 3 kVA / 2,100 Watt</li> <li>• Customizable Battery Backup UPS And Power Conditioner For Sensitive Electronics</li> <li>• Online (Double Conversion) - Highest Level Of Protection Available - Battery Power Always Engaged, No Switching Delay</li> <li>• Accepts Generator Power (Direct or On Automatic Transfer Switch)</li> <li>• Constant Voltage Regulation</li> <li>• Constant Frequency Regulation</li> <li>• Warranty: 3 Years On Electronics And Batteries</li> </ul>		2		
5	Medium size Fridge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Up right door</li> <li>• Capacity ~ 130L</li> <li>• Temperature range (°C) (0 ~ 4).</li> <li>• Direct cooling system and manual defrost freezer.</li> <li>• &gt;3 years guarantee is preferred</li> </ul>		1		



خاص بالمورد:-

..... اسم الشركة:

رقم هاتف :..... رقم فاكس:..... جوال رقم :.....

التوقيع والختم الرسمي للشركة